dp lite

MANUAL DEL EQUIPO

MA12-01/A
02/12/2010

DAVI & CIA
www.davicia.com



INDICE

		Página
1.	DESCRIPCIÓN	3
2.	LISTADO DE COMPONENTES	4
3.	PUESTA EN MARCHA	5
4.	UBICACION Y ENTORNO	5
5.	FUNCIONAMIENTO	5
6.	POLARIZACIÓN DE LA CAMARA	6
7.	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	6
	7.1 Desecho del equipo	7
8.	DATOS TÉCNICOS	8
	8.1. Cámara	8
9.	CERTIFICADO DE GARANTIA	9
10.	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	10

1. DESCRIPCIÓN



(1) Aplicador de esponjas para el tipo de piel
(2) Cámara
(3) Conexión de la alimentación
(4) Interruptor
(5) Conexión de la cámara
(6) Conexión USB al PC

2. LISTADO DE COMPONENTES

EQUIPO dplite

Cámara (x1)

Aplicador para el sebo (x1)

Esponjas para el sebo (x100)

Adaptador 12VDC (x1)

Cable USB (x1)

Manual del usuario

Software y manual

3. PUESTA EN MARCHA

- Conecte el equipo a la red (3)
- Conecte la cámara al equipo (5)
- Conecte el equipo al PC (6). A partir de la instalación, recuerde conectar siempre el equipo en el mismo puerto USB del PC. Si cambia de puerto en el PC, es posible que la cámara no funcione.
- En el caso que el equipo dplite tenga el accesorio ordenador con pantalla táctil, conecte el USB en el puerto posterior indicado como CAMARA.
- Accione el interruptor situado en la parte posterior (4)

4. UBICACIÓN Y ENTORNO

Se debe ubicar el equipo alejado de vibraciones y fuentes de calor intensas tales como estufas. Coloque el equipo en un lugar plano y a nivel, donde quede perfectamente apoyado.

5. FUNCIOMAMIENTO

- Consulte el Manual del software de la versión correspondiente.

6. POLARIZACIÓN DE LA CAMARA

El sistema dermoprime utiliza un único dispositivo de lentes integradas que permite visualizar 3 capas de la piel gracias a la lente X60 de Triple modo con polarización automática.

Estas tres imágenes de la misma área han sido capturadas en los tres modos de la lente X60:

NORMAL 1
Permite analizar:

- POROS
- UNIFORMIDAD
- ELASTICIDAD

NORMAL 2
Permite analizar:

- ARRUGAS

POLARIZADO
Permite analizar:

- MANCHAS

7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

No realice reparaciones por su propia cuenta. En caso de avería contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio de Asistencia Técnica o personal cualificado en el fin de evitar funcionamientos incorrectos y peligrosos.

Limpie el aparato utilizando únicamente un paño suave ligeramente humedecido. No utilice gasolina, diluyente ni ningún producto disolvente similar.

Es importante no limpiar la lente de la cámara para no dañarla.

7.1 DESECHO DEL EQUIPO



No tire nunca el producto con la basura doméstica. Cuando se quiera desprender de él, deposítelo en un punto limpio. Si no sabe donde se encuentra el más cercano a su domicilio, consúltelo en su ayuntamiento. El embalaje de este producto es reciclable, deposítelo en un contenedor para papel y cartón.

El símbolo del contenedor con la cruz significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que no será gestionado como residuo urbano.

8. DATOS TÉCNICOS

Modelo:	DPLITE
Fabricante:	DAVI & CIA C/Murcia 35 nave G E08830 Sant Boi de Llobregat Barcelona – SPAIN
Peso:	0,9 kg (aprox.)
Dimensiones exteriores máximas:	183x212,5x88 mm
Alimentación:	12 VDC
Consumo máximo:	En funcionamiento, 7,5 VA máx.
Directivas CE aplicables	Directiva Baja Tensión **2006/95/EC** Directiva Compatibilidad Electromagnética **2004/108/EC**

8.1 CAMARA

	NTSC	**PAL**
Sensor de imàgen	1/4" SONY Super HAD CCD	
Sistema Sync	2:1 Internal	
Resoluciòn	480TV Lines (Horizontal)	
Efectivos Pixeles	410,000	470,000
Video Output Signal	1.0Vp-p Composite 75ohm / USB 2.0	
Funciòn Càmara	Live, Capturer, TPL mode, Normal mode	
Lentes	X1 Lente, X60 triple Lente, X10 Lente	
Desinfecciòn	Desinfecciòn con Làmpara UV	
Balance Blanco	Automàtico Balance Blanco	
Min. Iluminaciòn	0.1 Lux en F2.0	
Temperatura operativa	14°F~122°F(-10°C~50°C)	
Humedad	Within 90%RH	
Dimensiones	86(W) X 99.5 (H) X 245(L)mm	

9. CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantizamos **1 año** de garantía a partir de la fecha de adquisición, la garantía comprende los desperfectos que puedan ocurrir a consecuencia del uso normal de su funcionamiento o debido a defectos de fabricación.

Se excluyen todas las piezas móviles como p.ej. cables, equipos de alimentación, etc. Los fallos que recaigan durante el periodo de garantía se subsanarán de modo gratuito presentando la factura de compra del equipo. Otros derechos no pueden tenerse en consideración.

El transporte de ida y vuelta corre a cargo del cliente, si el equipo se encuentra en otro lugar de la sede del cliente.

Sólo se concederán derechos de garantía en casos de daños de transporte, si en el transporte se uso el embalaje original. Por tanto, conserve todas las piezas de embalaje.

Finalizado el periodo de garantía, todos los servicios solicitados serán atendidos por nuestros técnicos especializados, con cargo al usuario de la máquina.

10. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

FABRICANTE PRODUCTO: DAVI & CIA S.L.
PRODUCT MANUFACTURER:

DIRECCIÓN: C/ Murcia, 35, Nave G
ADDRESS Polígono Industrial Can Calderón
E08830 Sant Boi de Llobregat
BARCELONA - ESPAÑA

DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE EL PRODUCTO:
DECLARE UNDER THEIR RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT

Marca DERMOPRIME
Brand

Nombre dplite
Name

Tipo EQUIPO ELECTRONICO
Type Electronic equipment

Finalidad Prevista Equipo analizador de piel.
Intended Use Skin analyzer equipment.

CUMPLE LOS REQUISITOS DE LAS DIRECTIVAS:
CONFORMS WITH THE REQUISITES OF THE DIRECTIVES

EC Directive 2004/108/EC Directiva de Compatibilidad Electromagnética *(Electromagnetic Compatibility Directive)*

EC Directive 2006/95/EC Directiva de Baja tensión (*Low Voltaje Directive).*

FECHA: 04 de Septiembre de 2010 ***DATE:*** 04th *September 2010*

Nombre: ***Name***	J.Masana
Firmado: ***Signed***	
Cargo: ***Function***	DAVI & CIA

C/ Murcia, 35 Nave G Pol.industrial Can Calderón.
E 08830 Sant Boi de Llobregat. Barcelona. Spain
Tel. +34 93 654 32 32
Fax. +34 93 654 16 62
info@davicia.com
www.davicia.com